StandUp
SystemRoMedic™

CE

Manuel - Français

REF 60800001
Standup avec câble d'alimentation

REF 60800002
Standup, avec la batterie

SWL: 160 kg



StandUp est une chaise de levage développée pour aider une personne tombée au sol à se relever vers la position assise ou debout. Elle est utilisée uniquement pour les personnes qui ne sont pas gravement blessées et qui peuvent se débrouiller seules après avoir été aidées à se relever. StandUp est une chaise repliable, équipée d'une sangle de portage pour faciliter le transport.

La série de produits SystemRoMedic de Handicare comprend notamment des auxiliaires de levage et des harnais de levage. SystemRoMedic conçoit les besoins de déplacement d'une manière cohérente et les répartit dans quatre catégories : transfert, positionnement, appui et levage.

Contrôle de fonctionnement

Inspection visuelle

Effectuer des inspections périodiques du fonctionnement de l'auxiliaire de levage. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

Avant l'utilisation

Vérifier que l'auxiliaire de levage est correctement assemblé.

Toujours lire le manuel

Toujours lire les manuels de tous les auxiliaires utilisés lors d'un transfert de patient.
Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.
Les auxiliaires de levage ne doivent être utilisés que par des personnes qui ont été formées à la manipulation des auxiliaires de levage.

Manual nr: 00776 Fr Ver. 6 140604

handicare

Montage de StandUp







Déployer les deux pieds et les faire tourner de trois quarts de tour pour qu'ils soient dirigés vers l'avant et que le dossier soit stable.
Poser l'assise.

Standup avec câble d'alimentation: Brancher le câble dans une prise de courant.

StandUp est maintenant prêt à l'emploi. Faire un essai en faisant monter et descendre l'assise pour voir si tout fonctionne normalement et si StandUp est alimenté en courant électrique.

Démontage de StandUp

Standup avec câble d'alimentation: Enrouler le câble d'alimentation électrique et le fixer au dos de StandUp.

Relever l'assise.
Faire pivoter les deux pieds de trois quarts de tour dans l'autre sens.

Inspection finale

Toujours vérifier qu'il ne reste pas de pièces dans l'emballage.
Inspecter l'auxiliaire de levage pour déceler d'éventuels signes de dommages.
Inspecter tous les raccordements, vis et boulons.
Vérifier que l'auxiliaire de levage est correctement assemblé.

Saisir la commande manuelle, presser sur le bouton « vers le haut » et faire monter tout en haut le bras de levage.
Presser ensuite sur le bouton « vers le bas » et faire descendre le bras de levage tout en bas.

Tester le fonctionnement de l'auxiliaire de levage en levant une personne (pas le patient).

ATTENTION !
Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

Utilisation du produit

⚠ Information importante

• La chaise de levage doit être assemblée conformément aux instructions de montage qui sont fournies par Handicare.

• La chaise de levage ne doit être utilisée que sur un support plat.

• La chaise de levage est conçue exclusivement pour un usage à l'intérieur.

• La chaise de levage ne doit jamais être utilisée sans déployer les pieds.

• Les accessoires de levage doivent avoir été dûment testés par rapport aux besoins et aux capacités fonctionnelles du patient.

• La charge maximale ne doit en aucun cas être dépassée. Voir l'étiquette collée sur la chaise de levage.

• La chaise de levage ne doit pas être en contact direct avec l'eau.

• Pour obtenir un fonctionnement optimal, la chaise de levage doit être inspectée régulièrement. Voir le chapitre « Entretien ».

• La garantie est valable uniquement si une personne agréée par Handicare répare ou modifie la chaise de levage.

Charge de la batterie



Charger l'auxiliaire de levage après l'avoir utilisé, afin d'être toujours sûr que la batterie est pleinement chargée.

Procédure de charge

Brancher le câble de charge dans la prise électrique.

La charge s'interrompt automatiquement dès que la batterie est pleinement chargée.

ATTENTION !

Avant la première mise en service de l'auxiliaire de levage, celui-ci doit être chargé pendant 4 heures.

Pour assurer une longévité maximale, charger les batteries à intervalles réguliers. Nous recommandons de charger les batteries chaque jour que l'auxiliaire de levage est utilisé.

Commande manuelle

Montée/descente

Les marquages sur les boutons indiquent le sens de déplacement.

Le mouvement s'arrête dès que les boutons sont relâchés.



Utilisation

StandUp est facile à utiliser pour aider une personne tombée au sol à se relever. Avant d'utiliser l'équipement, s'assurer que l'utilisateur ne s'est pas blessé grièvement.



Monter StandUp selon les instructions de la page 2.

Aider l'utilisateur à s'asseoir et placer ses pieds sur un AntiSlip. Placer ensuite StandUp derrière son dos et l'aider à se poser sur l'assise. Pour ce faire, il existe deux possibilités :

1. Placer le produit SitWalk fourni sous le postérieur et tirer l'utilisateur pour le poser sur l'assise. Si cela est possible, demander à l'utilisateur d'aider au mouvement.
2. Utiliser le produit SitWalk placé sous le postérieur et demander à l'utilisateur de glisser sur l'assise. Si cela est possible, demander à l'utilisateur d'aider au mouvement.



Toujours travailler avec le dos bien droit et les bras tendus, genoux légèrement pliés et en position de marche (1). Pour la meilleure efficacité de travail, utiliser la méthode des transferts de poids.

Une fois que la personne est assise sur StandUp, utiliser la commande manuelle pour la relever du sol. La personne peut elle-même aider à se relever pour diriger la manœuvre et se sentir impliquée. Pour que la personne relevée se sente plus en sécurité et en confiance,
toujours rester à côté d'elle.
Une fois qu'elle est entièrement relevée en position assise, aider la personne à se relever ou faire un transfert vers, par exemple, un fauteuil ou un lit.



StandUp peut être à nouveau remballé, puis rangé ou transporté de la manière la plus simple.



Accessoires

SitWalk

Une sangle avec des poignées, placée sous le postérieur de l'utilisateur pour aider celui-ci à se placer sur l'assise. 245 x 12 cm.

REF: 6085

SpaciousBag

Sac avec roulettes d'un côté pour le rangement et le transport de StandUp avec ses accessoires. Poignées réglables permettant également d'être porté sur les épaules.

REF: 00951

AntiSlip

Tapis antidérapant qui se place sous les pieds de l'utilisateur pour assurer une meilleure adhérence. 45 x 38 cm.

REF: 8040

EasySlide/ReadySlide

Tapis de glissement qui se place sous le postérieur d'un utilisateur lourd, afin de réduire la friction au moment de placer celui-ci sur l'assise.

EasySlide: 50 x 60 cm, REF: 2010, 2020
EasySlide: 50 x 70 cm, REF: 2011, 2021
ReadySlide: 70 x 70 cm, REF: 11250

Maintenance

L'auxiliaire de levage doit subir un contrôle minutieux au moins une fois par an. Le contrôle doit être effectué par une personne agréée et conformément au manuel d'entretien de Handicare.
Toute réparation ou maintenance ne doit être effectuée que par une personne agréée et en utilisant des pièces détachées d'origine.

Recyclage

Les pièces en plastique sont triées comme des matières incinérables et les pièces métalliques comme du métal.

Nettoyage

Nettoyer l'auxiliaire de levage avec de l'eau chaude ou de l'alcool à brûler et veiller à ce que les roues soient exemptes de saletés et de cheveux. Ne pas utiliser de produit de nettoyage contenant du phénol ou du chlore, car cela pourrait endommager les matériaux du produit.

Dimensions

	Cm	Inch
A	74-114	29-45
B	45	17.7
C	44	17.3
D	43	16.9
E	5-44	2-17.3
F	39.5	15.6
G	19	7.5

Informations techniques (StandUp avec câble d'alimentation)

Vitesse de levage: 7,6 mm/s hors charge.
Alimentation: 230V CA/50Hz/180VA int. 10 % max 2/18 min
Moteur: CC 24V, 4,5 A. IP51.
Temps de fonctionnement: 10 % d'utilisation continue maximum sur 2/18 minutes. Poussée : 6 000 N.
Niveau sonore: Niveau sonore 48dB(A) ; méthode de mesure DS/EN ISO 3746, actionneur non chargé.
Matériaux: Aluminium
Classe de protection: IPX4
Poids: 11,5 kg
Longévité attendue: 10 ans
Charge maxi: 160 kg

L'appareil est conçu pour un usage à l'intérieur.

Type B, selon la classe de protection contre les chocs électriques.

Le produit est conforme aux exigences de la directive sur les techniques médicales 93/42/EEG.

Informations techniques (StandUp, avec la batterie)

Vitesse de levage: 7,6 mm/s hors charge.
Alimentation: 24V 1,3 Ah Courant de charge est max. 500 mA
Moteur: CC 24V, 4,5 A. IP51.
Temps de fonctionnement: 10 % d'utilisation continue maximum sur 2/18 minutes. Poussée : 6 000 N.
Niveau sonore: Niveau sonore 48dB(A) ; méthode de mesure DS/EN ISO 3746, actionneur non chargé.
Matériaux: Aluminium
Classe de protection: IPX4
Poids: 11,5 kg
Longévité attendue: 10 ans
Charge maxi: 160 kg

L'appareil est conçu pour un usage à l'intérieur.

Type B, selon la classe de protection contre les chocs électriques.

Le produit est conforme aux exigences de la directive sur les techniques médicales 93/42/EEG.

SystemRoMedic™

Depuis 25 ans, nous nous consacrons entièrement à développer des auxiliaires intelligents et faciles à utiliser, pour effectuer des déplacements sûrs et simples, ainsi que pour que la vie et le travail des utilisateurs aussi bien que du personnel médical et de soins à la personne soient à la fois plus simples et plus agréables.

Expérience, innovation et formation sont à la base de SystemRoMedic, une solution complète pour toutes les situations de déplacement possibles.

Transfert, produits permettant le transfert entre deux unités
Positionnement, produits permettant de changer de position sur une même unité
Appui, produits fournissant un appui pendant un déplacement
Levage, produits adaptés pour le levage

La philosophie qui est à l'origine de SystemRoMedic se concentre sur la réduction des lésions dues au travail pour le personnel, ainsi que sur l'augmentation pour le patient de la sensation d'indépendance, d'autonomie et de dignité. En associant formation, exercice et mise à disposition d'un assortiment complet d'auxiliaires de déplacement efficaces, SystemRoMedic permet d'améliorer à la fois l'environnement de travail et la qualité des soins, tout en rendant possibles des économies de coûts significatives.

Notre mission, aider la personne, a toujours été et sera toujours d'être la force motrice derrière nos innovations. Nous adorons la simplicité des transferts.

Si vous avez des questions sur le produit et son utilisation, veuillez contacter votre distributeur local. Prière de consulter le site www.handicare.com pour la liste complète des distributeurs. Veiller à toujours disposer de la version correcte du manuel. La version la plus récente peut être téléchargée sur notre site Internet : www.handicare.com.

handicare

Handicare AB
Veddestav. 15, Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax:+46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se

Internet: www.handicare.com